

Sanatório Psiquiátrico de Recuperação

Nome:	CNES:	CNPJ:		
COMUNIDADE TERAPEUTICA DE OLINDA	2344866	10588424000172		
Nome Empresarial:	CPF:	Personalidade:		
SANATORIO PSIQUIATRICO DE RECUPERACAO LTDA	--	JURÍDICA		
Logradouro:	Número:	Telefone:		
AVENIDA JOAQUIM NABUCO	1450	(81)34293462		
Complemento:	Bairro:	CEP:	Município:	UF:
	GUADALUPE	53020210	OLINDA - IBGE - 260960	PE
Tipo Estabelecimento:	Sub Tipo Estabelecimento:	Gestão:	Dependência:	
HOSPITAL ESPECIALIZADO	PSIQUIATRIA	MUNICIPAL	INDIVIDUAL	
Número Alvará:	Órgão Expedidor:	Data Expedição:		
702/2000	SMS	30/08/2000		
Horário de Funcionamento:	Não informado			

Diretor: FELICIANO ABDON DE ARAÚJO LIMA – 2875

Unidade REGISTRADA NO CREMEPE sob o número 198

Por determinação deste Conselho fomos ao estabelecimento acima identificado verificar suas condições de funcionamento.

Trata-se de uma unidade de saúde privada, conveniada ao SUS, especializada nos atendimentos psiquiátricos referenciados pelo município.

Participaram técnicos da vigilância sanitária da APEVISA.

Foram identificadas as seguintes condições de acordo com RESOLUÇÃO CFM nº 2.057/2013:

- A unidade possui fluxo de atendimento adequado
- Fluxo/rampas/elevadores/largura das portas permite livre e circulação de deficientes, conforme RDC 50/2002
- Sala de espera com bancos ou cadeiras apropriadas
- Área para registro de pacientes (recepção)
- Consultório para atendimento médico
- Sanitários para pacientes
- **Não** possui Banheiros adaptados para deficientes
- Sala ou armário de depósito de material de limpeza – Depósito de Material de Limpeza (DML) (possui 04)
- Entre os MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESTRUTURAIS, possui:

- 2 cadeiras – uma para o paciente e outra para o acompanhante (podem ser poltronas)
- 1 cadeira para o médico (pode ser poltrona)
- 1 mesa / birô
- NÃO Possui: maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com lençol (opcional) nem escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca (opcional) ou local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a controle especial
- Conta com pia
- NÃO oferece: Toalhas de papel / sabonete líquido para higiene, Lixeiras com pedal, Lençóis para as macas (opcional)
- Conta com alguns MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE USO DIÁRIO, como: esfigmomanômetro, estetoscópio, termômetro, martelo para exame neurológico, Luvas descartáveis (opcional)
- NÃO conta com negatoscópio ou outro meio que possibilite a leitura da imagem
- Possui ainda: otoscópio (opcional), balança antropométrica adequada à faixa etária (opcional), fita métrica plástica, flexível, inelástica (opcional) e Oftalmoscópio (opcional)
- PRONTUÁRIOS em Meio Físico, compartilhados, em SAME
- RECEITUÁRIO também em meio físico, assim como Notificação de receita de controle especial Notificação de receita B, Notificação de receita A, Formulários de notificação de agravos compulsórios;
- Higiene, iluminação e aeração adequados (RDC 50/2002 – Anvisa), Coleta seletiva de lixo (opcional) e Material de limpeza em ordem
- Não possui BOBINA DA ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA
- Não possui ELETROCONVULSOTERAPIA
- Possui: Adrenalina (ampolas), Aminofilina (ampolas), Atropina (ampolas), Butilbrometo de Escopolamina (ampolas), Captopril 25mg (cpr.), Cloreto de Potássio (ampolas) e Cloreto de Sódio (ampolas), Dexametasona (ampolas), Diazepam (ampolas), Diclofenaco (ampolas), Dimenidrinato (cpr.), Dipirona (ampolas), Dipirona (cpr.), Etilefrina (ampolas), Furosemida (ampolas), Glicose 50% (ampolas), Haloperidol (ampolas), Hidrocortisona (frascos), Insulina regular (frascos), Paracetamol (cpr.)
- Não possui em sua farmácia: Amiodarona (ampolas), Besilato de Atracúrio, Bromoprida, Clonidina (comprimidos), Cloridrato de Ondansetrona (ampolas), Midazolam (ampolas), Mononitrato de Isossorbida (ampolas), Neostigmina (ampolas), Nitroprusseto de Sódio (ampolas), Propofol (frascos), Succinilcolina (frascos), Tenoxicam (frascos), Tiopental sódico (frascos)

- Em sua estrutura física oferece SALA DE RECEPÇÃO DE PACIENTES SALA DE REGISTRO / ARQUIVO, SALA ADMINISTRATIVA, SALA DE REUNIÃO DE EQUIPE, SANITÁRIOS PARA PACIENTES e 03 CONSULTÓRIOS MÉDICOS
- Os consultórios de Psiquiatria possuem 2 cadeiras - uma para o paciente e outra para o acompanhante, cadeira para o médico e mesa/birô, local com chave para a guarda de medicamentos sujeitos a controle especial (obrigatório caso utilize ou guarde medicamentos desse grupo) , pia ou lavabo, esfigmomanômetro , estetoscópio clínico, termômetro, Luvas descartáveis (opcional), otoscópio (opcional) , balança antropométrica adequada à faixa etária (opcional), fita métrica plástica flexível inelástica (opcional), Oftalmoscópio (opcional)
- NÃO verificamos maca acolchoada simples, revestida com material impermeável, com lençol (opcional) nem escada de 2 ou 3 degraus para acesso dos pacientes à maca (opcional), Toalhas de papel / sabonete líquido para a higiene, Lixeiras com pedal , Lençóis para as macas (opcional), esfigmomanômetro infantil (caso de Caps i) , Estetoscópio clínico tipo infantil (caso Caps i), lanterna com pilhas, Abaixadores de língua descartáveis, negatoscópio ou outro meio digital que possibilite a leitura da imagem
- São 04 enfermeiras em turnos de 12/ 36, 1/ dia, e mais 34 técnicos de enfermagem, 01 médica 24 h e mais um médico 2 vezes / semana que evoluem durante seu plantão
- Há oficina de trabalho com Argila, Papel , Lápis de cor, Lápis para desenho e Tintas
- Gestão reivindica aumento da diária hoje em R\$ 49,70 por paciente
- São 70 leitos SUS
- Possui 02 salas de intercorrências, cada uma com 02 leitos de observação, SEM desfibrilador, com material de entubação
- POSTO DE ENFERMAGEM é compartilhada, há 3 cadeiras, esfigmomanômetro adulto , estetoscópio clínico tipo adulto, mesa tipo escritório, balança antropométrica, termômetro
- EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS MÍNIMOS PARA O ATENDIMENTO DE INTERCORRÊNCIAS incluem 1 aspirador de secreções, Cânulas endotraqueais, Cânulas naso ou orofaríngeas , EPI (equipamento de proteção individual) para atendimento das intercorrências (luvas, máscaras e óculos), Laringoscópio com lâminas adequadas, Máscara laríngea, Medicamentos para atendimento de parada cardiorrespiratória e anafilaxia, Oxigênio com máscara aplicadora e umidificador, Seringas, agulhas e equipo para aplicação endovenosa, Sondas para aspiração e Tubos endotraqueais
- NÃO verificamos Desfibrilador, Oxímetro, Ressuscitador manual do tipo balão autoinflável com reservatório e máscara

Torpedo de Oxigênio sem fixação e muro no interior com pregos falando:



Olinda, 20 de Abril de 2016

Otávio Valença
Otávio Valença – médico fiscal