



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO DE VISTORIA 110/2018/PE

Razão Social: Maternidade Professor Barros Lima
Nome Fantasia: Maternidade Professor Barros Lima
Endereço: Avenida Norte, 6465
Bairro: Casa Amarela
Cidade: Recife - PE
Telefone(s): 33552169
Diretor Técnico: Adriana Maciel de Lima Grangeiro - CRM-PE: 11384
Origem: PRESIDÊNCIA
Data da fiscalização: 11/05/2018 - 09:45 a 11:30
Fiscal: Dr. Sylvio de Vasconcellos e Silva Neto CRM-PE:10589

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O que motivou a vistoria foi solicitação do Presidente Dr. André Soares Dubeux com objetivo de averiguar as melhorias realizadas na Unidade comparando com a fiscalização realizada no dia 19 de março de 2018.

2. CORPO MÉDICO - MATERNIDADE

- 2.1. Médico obstetra nas 24 horas: 2
- 2.2. Médico anesthesiologista nas 24 horas: 2
- 2.3. Médico pediatra / neonatologista nas 24 horas: 2
- 2.4. Médico residente: 3
- 2.5. Acadêmico de medicina: 1
- 2.6. A escala proposta para o atendimento médico na unidade está completa: Não
- 2.7. Especificar a falta de profissionais médicos: Preconizado pela gestão 03 médicos obstetras, 03 médicos neonatologistas e 03 médicos anestesistas.

3. CENTRO CIRÚRGICO OBSTÉTRICO **

- 3.1. Dispõe de centro cirúrgico obstétrico: Sim
- 3.2. Dispõe de agência transfusional na maternidade: Não

4. EXIGÊNCIAS PARA CENTRO CIRÚRGICO OBSTÉTRICO **

- 4.1. Presença de vestiário com barreira: Não (O fluxo de entrada do centro cirúrgico é precário.)
- 4.2. Local adequado para higienização das mãos: Não (Identificado dispensador de sabão



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

líquido funcionando.)

- 4.3. Torneiras com abertura sem contato manual: Sim
- 4.4. Registro dos atos cirúrgicos e anestésicos: Sim
- 4.5. Realiza consulta pré-anestésica: **Não**
- 4.6. Nº de salas cirúrgicas planejadas: 3
- 4.7. Nº de salas cirúrgicas operacionais: 2
- 4.8. Nº de leitos recuperação pós-anestésica planejadas: 0
- 4.9. Nº de leitos recuperação pós-anestésica operacionais: 0
- 4.10. Escala de anesthesiologistas da sala de recuperação pós-anestésica: **Não**
- 4.11. Número de salas de curetagem planejadas: 0
- 4.12. Número de salas de curetagem operacionais: 1
- 4.13. Dispõe de material e equipamentos de retaguarda: Não
- 4.14. Observações:: Identificado 02 aparelhos de bisturi elétrico sem sistema REM.

5. EXIGÊNCIAS PARA A SALA CIRÚRGICA OBSTÉTRICA **

- 5.1. Mesa obstétrica: Sim
- 5.2. Foco cirúrgico: Sim (Foco cirúrgico funcionando, mas é obsoleto.)
- 5.3. Estetoscópio de Pinard: **Não**
- 5.4. Estetoscópio clínico: Sim
- 5.5. Esfigmomanômetro: Sim
- 5.6. Cardioscópio: Sim
- 5.7. Oxímetro de pulso: Sim
- 5.8. Ventilador à pressão / volume: Sim
- 5.9. Pressão arterial não invasiva: Sim
- 5.10. Cânulas tipo guedel: Sim
- 5.11. Ressuscitador manual do tipo balão auto inflável com reservatório e máscara: Sim
- 5.12. Laringoscópio: Sim (Não há mala para intubação difícil.)
- 5.13. Lâminas: Sim
- 5.14. Pilhas: Sim
- 5.15. Lâmpadas: Sim
- 5.16. Cânulas para intubação endotraqueal: Sim
- 5.17. Cilindro de gases medicinais: Sim
- 5.18. Rede fixa de gases: Sim
- 5.19. Detector sonar doppler: Sim (Há 04 aparelhos na reserva.)
- 5.20. Cardiotocógrafo: **Não**

6. SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA - SRPA - CENTRO CIRÚRGICO **

- 6.1. Dispõe de Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA): **Não**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

7. IRREGULARIDADES

- 7.1. EXIGÊNCIAS PARA CENTRO CIRÚRGICO OBSTÉTRICO - ** - Presença de vestiário com barreira
- 7.2. EXIGÊNCIAS PARA CENTRO CIRÚRGICO OBSTÉTRICO - ** - Local adequado para higienização das mãos
- 7.3. EXIGÊNCIAS PARA CENTRO CIRÚRGICO OBSTÉTRICO - ** - Realiza consulta pré-anestésica
- 7.4. EXIGÊNCIAS PARA CENTRO CIRÚRGICO OBSTÉTRICO - ** - Escala de anesthesiologistas da sala de recuperação pós-anestésica
- 7.5. EXIGÊNCIAS PARA A SALA CIRÚRGICA OBSTÉTRICA - ** - Estetoscópio de Pinard
- 7.6. EXIGÊNCIAS PARA A SALA CIRÚRGICA OBSTÉTRICA - ** - Cardiotocógrafo
- 7.7. SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA - SRPA - CENTRO CIRÚRGICO - ** - Dispõe de Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA)

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não possui SRPA nem médico anestesista para o plantão da SRPA.

Não possui médico anestesista responsável pela coordenação do serviço de anestesia.

Identificado melhoria na temperatura das salas cirúrgicas (Há 02 aparelhos de ar condicionado em cada sala cirúrgica. Na sala 02 há 01 aparelho de ar condicionado tipo split).

O fluxo de entrada no centro cirúrgico é precário (vestiário para troca e guarda de roupas).

Identificado os focos cirurgicos funcionando, apesar de obsoletos (iluminação precária).

Observado troca das portas do centro cirúrgico.

No momento da vistoria não havia falta de roupa para entrar no centro cirúrgico, apesar de informações de que esse problema existe, assim como carência de campos cirúrgicos.

Recife - PE, 22 de maio de 2018.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE PERNAMBUCO - CRM-PE
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO**

**Dr. Sylvio de Vasconcellos e Silva Neto
CRM - PE: 10589
MÉDICO(A) FISCAL**